FRONT (HEAD)

Italiano

Clearblue TEST DI OVULAZIONE DIGITALE

Prima di eseguire il test, leggete le istruzioni per intero!
Leggere attentamente il foglietto illustrativo prima di eseguire il test

Come funziona Clearblue Test di Ovulazione Digitale?

Clearblue Test di Ovulazione Digitale rileva l'aumento dell'ormone Luteinizzante (LH) nell'urina. Tale aumento si verifica circa 24-36 ore prima della fase ovarica di un ciclo da parte della donna, il processo noto come **ovulazione**. La fertilità è massima il giorno in cui viene rilevato l'aumento di LH e il giorno successivo.

ESEMPIO

Aumento di LH

1-2 giorni più fertili

Giorno del ciclo mestruale

Nessun Aumento di LH — Aumento di LH

Giorno ovulazione sempre sono possibile giorno di aumento di LH ovulazione Clearblue test di Ovulazione Digitale si usando di 27 giorno

1-2 giorni più fertili: consigliamo quando Clearblue Test di Ovulazione Digitale rileva l'aumento di LH. Se si hanno i rapporti sessuali nelle 48 ore successive, si massima la probabilità di concepire un bimbo.

Quando cominciare il test

Il giorno in cui si verifica l'aumento di LH varia da donna a donna e da ciclo a ciclo. Per avere la massima probabilità di rilevare l'aumento di LH con la quantità di stick previsti in questa confezione, occorre conoscere la normale durata del proprio ciclo. A tale scopo contare il numero di giorni tra il giorno in cui inizia il ciclo (giorno uno di flusso mestruale vero e proprio) e il giorno in cui inizia il ciclo successivo. Il numero di giorni corrisponde alla durata del ciclo.

Se non si conosce la normale durata del proprio ciclo o se il proprio ciclo è irregolare, fare riferimento alla domanda 1.

Utilizzare la tabella che segue per abbinare il giorno in cui cominciare il test. È possibile eseguire il test in qualsiasi momento del giorno, ma approssimativamente intorno allo stesso ora del giorno (anche dopo il pasto) può aiutare a rilevare il massimo dopo il risveglio). È importante non saltare mai il test per evitare l'aumento di articolazioni quando si inizia prima di eseguire il test.

Durata del ciclo																									
Cominciare il primo giorno del ciclo come il giorno 1 e continuare il test il giorno indicato sotto la data di inizio.	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Fare riferimento alla domanda 2				

1 Quando si è pronte per cominciare il test...

- Rimuovere lo stick dalla pellicola protettiva
- Prendi di far passare lo stick sotto l'urina **occorre** inserito nel portastick. Prendere come indicato di seguito.

Stick — Pulsante Eject — Portastick — Display

2 Togliere il cappuccio

- Non toccare la freccia rosa sullo stick.

Freccia rosa — Cappuccio — Stick

3 Assembrare il test

- Individuare la freccia rosa sul portastick
- Allineare le due frecce rosa

Stick — Portastick

- Inserire lo stick nel portastick finché non scatta in posizione e non appare sul display il simbolo «Test pronto»
- Non utilizzare il test finché non appare il simbolo «Test pronto»
- Quando appare il simbolo «Test pronto», è possibile eseguire il test

«Click» — Test pronto

- Se non appare il simbolo «Test pronto» OPPURE se il simbolo scompare, estrarre lo stick e reinserirlo con precauzione.
- Se il display non appare neppure in questo caso, fare riferimento alla domanda 19.

4 Eseguire il test

Se il simbolo «Test pronto» è apparso sul display

- **È possibile** eseguire direttamente il test "scendo passare lo stick sotto l'urina

Portastick — Stick — Punta assorbente — OPPURE

- tenere la punta assorbente **rivolta verso il basso** sotto il flusso di urina per 5-7 secondi
- Fare attenzione a non bagnare il portastick

- **Oppure** inserire un campione di urina raccolto in un recipiente asciutto e pulito.
- immergere la punta assorbente nel campione di urina per circa 15 secondi

Punta assorbente

5 Attendere

- Tenere la punta assorbente rivolta verso il basso o posizionare il portastick su una superficie piana.
- Il simbolo «Test pronto» comincia a lampeggiare dopo 20-40 secondi per indicare che il test è in fase di analisi.
- **NON ESTRARRE LO STICK DURANTE QUESTA FASE.**

- Rimuovere il cappuccio ed eliminare l'urina in eccesso.
- Se il simbolo «Test pronto» non comincia a lampeggiare, fare riferimento alla domanda 8.

6 Leggere il risultato

- Entro 3 minuti il display visualizza il risultato

- Se il risultato è ☺ significa che non è stata rilevata l'azione di LH. Eseguire di nuovo il test il giorno seguente alla stessa ora, utilizzando un nuovo stick

- Se il risultato è ☹ significa che è stata rilevata l'azione di LH e che è individuato il periodo di massima fertilità. Se si hanno rapporti sessuali nelle 48 ore successive è possibile la probabilità di rimanere incinta. Durante questo ciclo non è necessario eseguire ulteriori test.

- Una volta letto il risultato, **PRESSARE** il pulsante Eject per estrarre lo stick.
- Il risultato del test può essere letto velocemente sul display del portastick.
- Un diverso tipo di linea visibile sullo stick non è indicativo di alcun risultato.
- Il risultato rimane visibile sul display per 8 minuti.
- Se lo stick è ancora inserito, ma il risultato è scomparso dal display, premendo il pulsante Eject il risultato riapparirà per 2 minuti.
- Non reinserire nel portastick uno stick usato

Simboli di errore

- **Errore A**: Lo stick è stato estratto troppo presto. Reinserire immediatamente lo stick nel portastick. Fare riferimento alla domanda 16.
- **Errore B**: Fare riferimento alla domanda 17.
- **Errore C**: Fare riferimento alla domanda 18

Clearblue TEST D'OVULATION DIGITAL

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Élimination de votre Test Digital

- Une fois que le résultat s'est affiché, mettez le rechange avec les déchets ménagers habituels. Pour cela, appuyez sur le bouton d'éjection situé sur l'appareil. Le rechange est antibactériologique. Notez que le tube fait partie du rechange. Il est possible qu'une de ces fiches tombe apparemment sur celle-ci. **Ne tente pas** rechange et ne pas ouvrir pour éliminer rechange mais enlevez-le du rechange. Il est impossible de réutiliser ce rechange. Si vous l'essayez, le rechange n'est pas réutilisable.
- Lorsque **Vous** vous rechargez certaines dans l'emballage ont été utilisés, assurez-vous l'appareil à usage pour le reste pour distribution. Il n'utilise pas de tubes contenant rechargeables des rechanges.

Réutilisation de l'appareil

- Pendant le déroulement du test, il peut arriver que l'appareil soit actionné par de l'urine. Dans ce cas, rechange et non remplacement. Il est impossible d'réutiliser ce même test tant que vous résultats précédents ne des fonctionnement affichés à l'écran. Ce dernier restera allumé à l'écran pendant 8 minutes (au bout de 8 minutes il s'éteint) ou jusqu'à ce que vous ouvriez le tiroir de rechange. Il est impossible de les pas deux utilisé dans les 4 heures précédent le test. Il vous pour ainsi vous aussi une dans un rechange, vous pouvez réutiliser l'appareil dès que l'écran est vide. Lorsque vous êtes prêts à refaire un test, répétez les manœuvres ci-dessus pour les étapes 1 et en utilisant une nouvelle rechange.

QUESTIONS ET REPONSES

1. Je ne connais pas la longueur habituelle du mon cycle. Comment savoir quand pour je dois commencer à tester ?

Il vous est conseillé pas la longue habituelle de votre cycle, vous vous conseillons d'utiliser un cycle mensuel d'ovulation de durée assez d'utiliser le Test d'Ovulation Digital Clearblue. Vous pouvez ensuite déterminer à partir de ce chiffre quand commencer à tester afin de maximiser la probabilité.

Si vous commencez commencer à utiliser le Test d'Ovulation Digital Clearblue sans connaître la longueur de votre cycle, nous vous recommandons de commencer à tester le tout 10 de votre cycle. Cela se peut, il est possible que vous commiriez pas vous pas de manière de LH ou vous vous pas-être commencé à tester trop tard. Il est également possible que vous ayez besoin de vous supplémentaires pour détecter vous manière de LH. Reportez-vous à la question 10.

2. La longueur de mon cycle n'est pas habituelle sur le tableau de calcul. Comment savoir quoi pour je dois commencer à tester ?

Si votre cycle dure 21 jours ou moins, commencez à tester le jour 5 de votre cycle. Si il dure plus de 40 jours, commencez à tester 17 jours avant le début prévisible du vos prochaines règles.

3. A quel moment de la journée dois je effectuer le test?

Vous pouvez tester à tout moment de la journée, à condition de ne le faire à la même heure environ chaque jour. Il est important de ne pas avoir urné dans les 4 heures précédant le test.

4. Puis-je utiliser tous les tests?

Non, vous devez avoir en tête que vous avez besoin autant de tests que de jours de LH, et tester les rechanges non utilisés à l'avenir pour le prochain cycle si nécessaire.

5. Puis-je utiliser l'appareil avec d'autres marques autre rechanges?

Vous pouvez utiliser uniquement des rechanges du Test d'Ovulation Digital **Clearblue** avec cet appareil. Il vous est conseillé de n'utiliser à différents, Vous pouvez trouver de tester pour plus cycles suivants, en notant les longueur avant d'utiliser le Test d'Ovulation Digital Clearblue.

6. J'ai utilisé le test, mais le symbole « Test prêt à l'emploi » n'a pas apparu/ne s'est pas affiché. Qu'est-ce que cela signifie?

Le cas n'a pas été enregistré correctement. Un symbole d'erreur apparaîtra à l'écran dans les 10 minutes qui suivent le retrait de l'utilisation du test. Vous devez effectuer un nouveau test avec une nouvelle rechange. Pour plus d'informations sur différent relative à tout, reportez-vous à la question 17 et au paragraphe « Réutilisation de l'appareil ».

7. Que se passe-t-il si l'appareil s'éteint pendant?

Si l'appareil reçoit des informations, vous devez l'essayer Clearblue à fabriquant/manufacturer pour l'appareil, dans le cas à ensuite tomberaiez, reste sous un fonctionnement. Si cela se produit, l'écran restera vide au lieu un symbole d'erreur s'affichera.

8. J'ai utilisé le test, mais aucun résultat n'est apparu à l'écran. Qu'est-ce que cela signifie?

Votre résultat doit apparaître en l'espace de 3 minutes. Si aucun résultat n'apparaît, un symbole d'erreur s'affichera 3 fois au l'espace de 30 minutes. Reportez-vous à la question 17.

9. Quelle est la fiabilité du Test d'Ovulation Digital Clearblue?

Des études approfondies ont démontré que discussion que le Test d'Ovulation Digital **Clearblue** est fiable à 99% dans la détection le moment de LH précédent ovulation.

10. J'ai effectué tous les tests conformément au mode d'emploi, mais je n'ai pas détecté mon moment de LH. Que dois-je faire?

Le nombre de rechanges dans une boîte du Test d'Ovulation Digital **Clearblue** est suffisant pour permettre à la majorité des femmes ayant un cycle régulier de déterminer leur moment de LH. Cependant, si votre cycle dure plus de 35 jours, il est possible que vous ayez besoin de plus de tests pour détecter votre moment de LH. Vous devez commencer vos tests le 10e jour et utiliser le nombre approprié de rechanges pour continuer à tester 5 jours après le moment présumé de votre ovulation. Certaines femmes détectent pas à chaque cycle. Il est plus que vous ne détectiez pas votre moment de LH lors de ces cycles.

11. Certaines substances ou certaines conditions médicales peuvent-ils affecter le résultat?

- Si vous prenez des médicaments, vous devez toujours lire les notices d'utilisation de ces médicaments avant de faire un test.
- Certaines conditions médicales et certains traitements peuvent affecter avec le bon fonctionnement du test. Par exemple, si vous êtes atteinte de syndrome des ovaires polykystiques, vous pouvez obtenir un résultat erroné. Les pour avoir conseil à votre médecin ou votre sage-femme lorsque vous souhaitez utiliser le Test d'Ovulation Digital Clearblue.
- Le résultat de diurétiques n'apparaît pas avec le résultat, mais il peut affecter la longueur de votre cycle et par conséquent la date à laquelle vous devez commencer vos tests. Dans ce cas, il est possible que vous ayez besoin de commencer vos tests le 10e jour du cycle. Le Test d'Ovulation Digital Clearblue et utiliser un nouvel appareil et des nouvelles rechanges pour constituer à toute

12. J'ai récemment arrêté la contraception hormonale (la pilule par exemple). Cela affectera-t-il le résultat?

Non, cela n'affectera pas vos résultats. Néanmoins, vos hormonales temporaires risquent les du Test d'Ovulation Digital Clearblue. Il est possible que le contraceptif hormonal, et il vous faut deux menstruations ordinaires, vos cycles revient quelques longueurs pendant quelque temps avant de se stabiliser à nouveau. Vous pouvez tester et tester pour deux cycles naturels, en notant leur longueur, avant d'utiliser le Test d'Ovulation Digital Clearblue.

13. Puisque le Test d'Ovulation Digital Clearblue ne indique que pendant la fertilité, puis-je l'utiliser comme méthode de contraception?

Non. Le Test d'Ovulation Digital Clearblue détecte le moment de LH qui survient 24 à 36 heures avant l'ovulation. Puisque les spermatozoïdes peuvent survivre pendant plusieurs jours, vous pouvez encore rencontrer une fécondation ensuite après la date, ainsi qu'avant détecté votre moment de LH.

14. Je ne pense être enceinte, que dois-je faire?

Vous pouvez découvrir à vous-même dès le premier jour de retard en vous disant du résultat du test de Clearblue **Clearblue**. Ce test est basé à plus de 99 % fiable à condition et vous devez se réveiller en ignorant le symbole **Test prêt à l'emploi** Clearblue sans avoir « Grossesse » vous devez consulter votre médecin ou votre sage-femme dans 2 semaines.

15. J'ai utilisé le Test d'Ovulation Digital Clearblue pendant plusieurs mois, mais je ne suis toujours pas enceinte. Puis-je aller plus de bonheur conclusion?

Concevoir un bébé peut prendre longtemps. Même si vous avez eu des rapports sexuels pendant des jours après la fertilité maximale, de nombreuses autre raisons peuvent expliquer pourquoi vous n'êtes pas enceinte. Si au bout de plusieurs mois vous n'avez toujours pas eu de résultat, vous devez consulter votre médecin.

Symboles d'erreur ou écran sans affichage

16. Un symbole d'erreur clignotant (Erreur A) est apparu à l'écran. Qu'est-ce que cela signifie?

La rechange a été ôtée trop tôt. Il vous est conseillé de remettre rechange immédiatement, en suivant scrupuleusement les instructions d'erreur disponibles à l'écran. Reportez-vous à la question 17.

17. Un symbole (Erreur B) est apparu à l'écran. Qu'est-ce que cela signifie?

Une erreur est survenue lors de la procédure de lecture du test. Ceci peut être dû au fait que

- Vous avez retiré tôt la rechange avant de l'essayer dans l'appareil.
- La rechange n'était pas dirigée vers le bas ou le test n'a pas été mis à plat après avoir urné.
- La rechange n'est trop ou pas assez imbibée d'urine
- La rechange s'est décollée trop tôt.

Ce symbole restera affiché pendant 8 minutes. Vous devez retirer un test avec une nouvelle rechange en vous reportant aux instructions, disponibles au paragraphe « Réutilisation de l'appareil ».

18. Un symbole (Erreur C) est apparu à l'écran. Qu'est-ce que cela signifie?

Contactez le Service Consommateurs **Clearblue**, pour obtenir des informations supplémentaires. Vous ne pouvez plus rechanger non-usagée, ou les utiliser pas avec cet appareil.

19. L'appareil n'affiche rien à l'écran. Qu'est-ce que cela signifie?

Il vous n'est pas conseillé, ajouter la rechange et réinstallez-la à partir de l'étape 3 - assurez-vous tout. Remplacez-la lorsque vous contactez le Service Consommateurs Clearblue

Service Consommateurs **Clearblue**

Nos consultants sont disponibles du lundi au vendredi de 8 à 16 heures, jours fériés exclus.

CH - 0844 000 018

Les coûts des appels vous sont facturés au tarif local.

Veuillez vous indiquer le numéro de **CH** ou tapez sur cette note.

Veuillez noter que ce genre vous ne pouvez pas de conseiller en ligne.

www.Clearblue.info

Le site web Clearblue mets à disposition une foire de questions et des conseils en ligne.

Vot d'emploi à demeure jusqu'à ce que complètement. Conservez à température ambiante et à l'abri de poche des enfants

Ne pas ajouter rechange à la poubelle ou jeter dans les ordures ménagères.

Ne pas ni les pas rechange dans la date d'expiration ou dépassée

Révision numéro 1051.19

CE

CE - Conseils et déclaration de fabricant

Le Test d'Ovulation Digital **Clearblue** est destiné à un usage [illegible] conformément aux informations fournies plus bas. Le fabricant du Test d'Ovulation Digital Clearblue déclare que l'appareil qu'il [illegible] est conforme aux [illegible]. Ce produit est conforme à la norme de [illegible]

Lecteurs			
Lecteurs de signes de [illegible] CE/PTI	Groupe 1	Le lecteur [illegible]	[illegible]
Lecteurs de signes de [illegible] CE/PTI	Classe B	Le test d'Ovulation Digital Clearblue convient à une utilisation dans tous les établissements, y compris en établissements hospitaliers	[illegible]

[illegible]

Deutsch

Clearblue DIGITALER OVULATIONSTEST

Vor der Durchführung des Tests muss das Testblatt bis zu den Indikator eingeschoben werden
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie den Test verwenden

BEISPIEL

LH-Anstieg

1-2 Tage mehr fruchtbare Tage

Kein LH-Anstieg — LH-Anstieg

Tagen mit größter Fruchtbarkeit

Wie funktioniert der Clearblue Digitale Ovulationstest?

Der Test misst den Anstieg des Hormons mit der Bezeichnung Luteinisierendes Hormon (LH) in Ihrem Urin. Der LH-Anstieg erfolgt ca. 24-36 Stunden vor der Freisetzung einer Eizelle aus dem Eierstock – diesen Vorgang nennt man **Eisprung (Ovulation)**. Die fruchtbarste Zeit im Zyklus sind der Tag, an dem Sie einen LH-Anstieg feststellen, und der Tag danach.

Infolge der Clearblue Digitale Ovulationstest Tests LH-Anstieg erreichen Test, beginnen Ihre höchst fruchtbaren Tage. Wenn Sie Ihren Geschlechtsverkehr innerhalb der nächsten 48 Stunden durchführen, erhöhen Sie die Chancen, schwanger zu werden, um ein Kind zu bekommen.

Wann beginne ich mit dem Test?

Der Tag, an dem ein LH-Anstieg stattfindet, ist von Frau zu Frau und von Zyklus zu Zyklus unterschiedlich. Um die größtmögliche Chance zu haben, mit den in dieser Packung vorhandenen Stäbchen einen LH-Anstieg zu erreichen, ist es notwendig, dass Sie Ihre normale Zykluslänge kennen. Zur Feststellung Ihrer Zykluslänge nehmen Sie den Tag, an dem Ihre Periode beginnt (erster Tag des vollen Regelblutungs) als Tag 1 und zählen dann weiter bis zum Tag vor Beginn Ihrer nächsten Periode. Die Anzahl der Tage ist Ihre Zykluslänge.

Wenn Sie Ihre normale Zykluslänge nicht kennen oder wenn Sie eine unregelmäßigen Zyklus haben, beachten Sie bitte Frage 1.

Nehmen Sie bitte die nachfolgende Tabelle zur Hilfe, um den Tag des Testbeginns zu bestimmen. Sie können zu jeder Tageszeit testen, sollten dies Test jedoch jeden Tag ungefähr zu der gleichen Zeit durchführen (Morgens Urin ist am konzentriertesten, das Test reagiert am besten auch dann Anstieg zu durchführen). Dabei ist es wichtig, dass Sie anschließend 4 Stunden ein Testbeginn beginnen lassen, um einen Anstieg zu verhindern. Verwenden Sie Stäbchen [illegible] Testbeginn.

Zyklus-Länge																									
Beginnen Sie den Test an dem Tag, der unter Ihrer Zykluslänge DAUER.	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	siehe Frage 2				

1 Wenn Sie den Test durchführen wollen...

- Nehmen Sie das Teststäbchen aus der Verpackung.
- Wir der Durchführung ihre Test **muss** das Teststäbchen in den Testhalter eingeschoben werden. Genau Sie vor, wie nachfolgend beschrieben.

Teststäbchen — Eject-Taste — Testhalter — Display

2 Ziehen Sie die Schutzkappe ab

- Berühren Sie den pfeilförmigen Pfeil auf dem Teststäbchen

Pfeilförmiger Pfeil — Schutzkappe — Teststäbchen

3 Setzen Sie das Teststäbchen in den Testhalter ein

- Beachten Sie den pfeilförmigen Pfeil auf dem Testhalter
- Halten Sie das Teststäbchen und den Testhalter so, dass die Spitzen der beiden pfeilförmigen Pfeile aufeinander zeigen.

Teststäbchen — Testhalter — Test bereit — «Click»

- Schieben Sie das Teststäbchen in den Testhalter ein, bis das Teststäbchen farbar erscheint und das Symbol «Test bereit» erscheint
- Nicht verwenden, bevor das Symbol «Test bereit» erscheint.
- Führen Sie den Test umgehend durch, wenn das Symbol «Test bereit» erscheint.

- Erscheint das Symbol «Test bereit» nicht oder verschwindet das Symbol gleich wieder, nehmen Sie das Teststäbchen heraus, und schieben Sie es vorsichtig erneut ein.
- Erscheint das Symbol nach Versuch nicht, siehe Frage 19.

4 Führen Sie den Test durch

Erscheint das Symbol «Test bereit» auf dem Display, führen Sie wie folgt aus:

- Führen Sie **entweder** den Test direkt im Urinstrahl durch

- Halten Sie dazu nur die saugfähige Testspitze mit die **Spitze nach unten** für 5-7 Sekunden in Ihren Urinstrahl
- Achten Sie darauf, dass der Urinstrahl dabei nicht nass wird

Testhalter — Teststäbchen — Saugfähige Testspitze — ODER

- **ODER** tauchen Sie eine saubere Urinprobe, die in einem sauberen, trockenen Behälter aufgefangen haben.
- Tauchen Sie nur die saugfähige Testspitze für ca. 15 Sekunden in die aufgefangene Urinprobe.

Saugfähige Testspitze

5 Bitte warten Sie

- Halten Sie den Testhalter so, dass die saugfähige Testspitze nach unten zeigt, oder legen Sie das Testhalter flach auf eine Unterlage.
- Das Symbol «Test bereit» beginnt nach 20-40 Sekunden zu blinken, um anzuzeigen, dass der Test läuft.
- **NEHMEN SIE DAS TESTSTÄBCHEN NOCH NICHT HERAUS.**

- Sie können eine Schutzkappe wieder aufsetzen. Entfernen Sie bitte vorsichtig den Urinspritzer.
- Erscheint das Symbol «Test bereit» nicht zu blinken, siehe Frage 6.

6 Lesen Sie Ihr Ergebnis ab

- Innerhalb von 3 Minuten wird Ihr Ergebnis am Display angezeigt.

- Erscheint das Symbol ☺, so konnte kein LH-Anstieg festgestellt werden. Führen Sie an folgenden Tag zu gleicher Zeit einen Test mit einem neuen Teststäbchen durch

- Erscheint das Symbol ☹ so wurde ein LH-Anstieg festgestellt, und die fruchtbarste Zeit in Ihrem Zyklus hat begonnen. Wenn Sie während der nächsten 48 Stunden Geschlechtsverkehr haben, ist Ihre Chance, schwanger zu werden, am größten. In diesem Zyklus brauchen Sie keine weiteren Tests mehr durchführen.

- Sobald Sie Ihr Ergebnis abgelesen haben, **DRÜCKEN** Sie die Eject-Taste. Anschließend den Teststäbchen entfernen
- Das Ergebnis des Tests kann nur mit Hilfe des Testhalter-Displays gemessen werden.
- Sie können das Ergebnis nicht anhand der Farben auf dem Teststäbchen bestimmen
- Das Ergebnis bleibt 8 Minuten lang im Display sichtbar
- Befindet sich der Teststäbchen noch im Testhalter und das Display ist erloschen, so drücken Sie die Eject-Taste das Teststäbchen und das Ergebnis erscheint noch einmal für 2 Minuten.
- Setzen Sie ein bereits gebrauchtes Teststäbchen nicht mehr in den Testhalter ein

Fehlersymbole

- **Fehler A**: Sie haben das Teststäbchen zu früh herausgenommen. Schieben Sie das Teststäbchen sofort wieder in den Testhalter. Siehe Frage 16
- **Fehler B**: Siehe Frage 17.
- **Fehler C**: Siehe Frage 18

FRONT (HEAD) Version 1

BACK (HEAD)

Clearblue DIGITALER OVULATIONSTEST

WEITERE INFORMATIONEN

Anleitungen des Digitalen Tests

- Lesen Sie die Beiliegende Gebrauchsanleitung, bevor Sie den Teststreifen mit Ihrem Morgenurin beginnen. Einige Tage vor dem Eisprung kann der Teststreifen bereits einen ungefähren Wert anzeigen, dann verwenden Sie den Teststreifen bitte immer mehrmals am selben Tag und nur einen Urin auf dem Teststreifen aufgetragen. Das Testergebnis wird nur dann zuverlässig sein, wenn Sie den Urin auf den Teststreifen aufgetragen haben. Das Testergebnis ist nicht reproduzierbar.
- Wenn Sie alle Teststreifen aufgebraucht haben, gehen Sie zum Testzentrum Ihrer Wahl-Apotheke zur Bestellung nach dem Testzentrum und weiteren Teststreifen zur Verwendung mit dem Testgerät gibt es nicht.

Wiederverwenden des Testgerätes

- Bei der Durchführung des Tests bei der Gebrauchsanleitung einige Minuten abkühlen, nachdem Sie diese eingeführt ist nicht möglich, sollte am Display der Bereich oder der Testgerätes zeigen. Dies bedeutet, warten Sie ca. 5 Minuten, bevor Sie Urin, wenn die Display nur von Ihnen Sie gemäß der Testgerätes erneut Testen. Es ist wichtig, dass Sie verwenden 1 Testgerät zum Testen Ihrer Urin gelten haben. Wenn Sie eine Schwangerschaftstest haben, so können Sie den Testgerät nur einmal ersetzen Testgerätes erneut benutzen, nachdem die Display leer ist. Wenn Sie bereits ist, das Testgerät erneut zu verwenden, einschließlich Sie bei der in einer Anleitung angegebenen Schritte als Schritt 1 an mit einem neuen Testgerätes.

FRAGEN & ANTWORTEN

1. Ich weiß nicht, wie lang mein Zyklus normalerweise ist. Wie erkenne ich, wann ich mit dem Test anfangen soll?

Wenn Sie nicht wissen wie lang Ihr Zyklus normalerweise ist, nehmen Sie einen Zyklus-Kalender und die Länge Ihres Zyklus zu notieren. Immer bei der Digitalen Digitalen Ovulationstest verwenden. Wenn Sie Ihre Zykelänge bestimmt haben, können Sie die vorgegeben Anweisungen anwenden, um den Tag des Eisprungs zu bestimmen.

Wenn Sie bei der Verwendung des **Clearblue** Digitalen Ovulationstests beginnen machen, ohne Ihre Zykelänge zu kennen, empfehlen wir Ihnen, am 10. Tag Ihres Zyklus zu mit dem Testen zu beginnen. Wenn Ihr Zykelänge zu kürzen ist ist jedoch möglich, dass Sie zu spät mit dem Testen anfangen und daher das LH-Anstieg verpassen oder dass Sie zum Beginn Ihrer Periode, um sicherer zum durchführen. Siehe Frage 14.)

2. Meine Zykelänge liegt normalerweise bei der Tabelle angegebenen Bereiche. Wann soll ich mit dem Test beginnen?

Wenn Ihre Zykelänge 21 Tage oder weniger hat, beginnen Sie den Test am 7. Tag. Wenn Ihre Zykelänge länger als 40 Tage ist, beginnen Sie den Test 17 Tage, bevor Sie Ihre nächste Periode erwarten.

3. Zu **Clearblue Ovulationstest Lesen Ich das Test durchführen?**

Ja, lesen Sie die Testanleitung sorgfältig und führen Sie den Test dann jeden Tag eingehend und gründlichen Ergebnis durchführen, und mindestens 4 Stunden vor Testbeginn lesen Um mehr gelesen haben.

4. Muss ich alle Teststreifen verwenden?

Wenn Sie Ihren LH Anstieg erreicht haben, können Sie aufhören zu testen und die restlichen Teststreifen und den Testhalter für den nächsten Zyklus aufheben. Ich weiß

5. Kann ich den Testhalter mit anderen Teststreifen verwenden?

Der Testhalter kann ausschließlich zusammen mit den Teststreifen des Digitalen Digitalen Ovulationstests verwendet werden. Setzen Sie auch Teststreifen von einer anderen Packung Clearblue Digitaler Ovulationstest Zykelänge haben, so können Sie diese mit dem Testhalter dieser Packung verwenden.

6. Ich habe den Test durchgeführt, aber das Symbol «Test bereit» hat nicht zu blinken begonnen. Was bedeutet das?

Der Test wurde nicht korrekt durchgeführt. Versuchen Sie 10 Minuten nach Durchführung des Tests und die Anleitung erneut zu lesen. Es sollten die Test nicht durch einen Test durchführen und durchführen. Anweisungen zur Verwendung des Tests erhalten Sie Hilfe die Anleitung oder Frage 17 und «Fehlermeldungen des Testgerätes».

7. Was ist, wenn das Testfenster zwei gravierten ist?

Sollte die Testfenster zwei werden, versuchen Sie den Vorgang ab. Ein zweiter Versuch der Testfenster sollte nur, wenn er aber nicht nur eine, wenn es beschädigt wurde. In diesem Fall bitte den Display entweder ersetzen oder zurückzusenden Testgerätes.

8. Ich habe den Test durchgeführt, aber das Display zeigt kein Ergebnis an. Was bedeutet das?

Die Ergebnisse werden automatisch einstellt nach 5 Minuten nach Durchführung des Tests auf dem Display. Wenn kein Ergebnis angezeigt wird, erscheint möglicherweise ein Fehlerhaft der Testgerätes am Display. Lesen Sie

9. Was genau ist der digitale Ovulationstest?

Der **Clearblue Digital** Ovulationstest hilft an Erkennen empfindlichen Lutenisierungshormon Anstieg des LH-Anstieg vor dem Eisprung und Clearblue Digital Ovulationstest 99%.

10. Ich habe alle Tests von Ovulationstest durchgeführt, warum zeigt mein Display an Zeichen noch nicht anzeigen. Was soll ich tun?

Die Anzahl der Teststreifen in einer Packung Clearblue Digitaler Ovulationstest ist für die meisten Frauen von empfehlungen Zyklen ausreichend, um den LH-Anstieg zu erzeugen. Wenn Ihre Zykelänge um mehr als 3 Tage abweicht, können in sein, dass Sie weitere Tests zur Bestimmung des LH-Anstiegs durchführen müssen. Sie müssen eine neue Testgerätes anlegen und dieses dann neuen Testgerät und die Teststreifen verwenden, um weitere Tests durchführen. Testhalterungen, die zusammenhängende Testgerätes verwenden, gibt es nicht, bei denen Ihnen Ihrer Arzt die Eignung nicht prüfen Zyklus und dennoch kann der LH-Anstieg im diesem Zyklus nicht erreichen wollen.

11. Kann der Digitale Test Medikamente oder Schwangerschaftsbeschwerden reagieren?

Nein. Unter Ihr der Fruchtbarkeitsphase jeder Arzneimittel, die Ihr Medikament, Tests für einen Test durchführen.

Bestimmte Hormone und Medikamente Fruchtbarkeitsmittel können erheblich auf den Hormonspiegel gebildet und Hormonspiegel beeinflussen. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Fruchtbarkeitsmedikamenten haben, sollten sie Ihren Arzt oder Ihre Hebamme oder Ihr Fruchtbarkeitsspezialist.

12. Ich habe Schwierigkeiten mit der Interpretation Fruchtbarkeitsbehandlung (z.B. FSH) aufgebraucht. Bedeutet dies das Testergebnis?

Nein, das bedeutet, wird dadurch nicht beeinflusst, ob es schon zu Ovulation, dass die hormonelle Empfängnisbereitschaft in Gang Hormonhaushalt Hormonhaushalt eingestellt. Wenn Sie vor Beginn mit der Behandlung angefangen haben, kann das zu Unregelmäßigkeiten in Ihrer Zyklus führen und es kann dann Tage dauern, bis es zur Ovulation kommt. Es ist ein Ovulation Test, es zu empfehlen, jene Frauen mit Fruchtbarkeitsproblemen diesen und die Länge dieser Zyklen zu notieren, bevor sie den Digitalen Digitalen Ovulationstest verwenden.

13. Der Clearblue Digitale Ovulationstest zeigt die Ovulationstests Tage bis Zyklus anfangen, kann ich den auch vor Verhütungsmittel benutzen?

Nein. Der Clearblue Digitale Ovulationstest zeigt den LH-Anstieg, der vor 24-36 Stunden vor dem Eisprung verursacht. Es kommen einige Tage vor bevor Ovulation eintreten, bevor sie auch schwanger werden, wenn Sie Geschlechtsverkehr haben, bevor Sie Ihren ersten Eisprung haben.

14. Was tun, wenn ich plötzlich, dass ich schwanger bin?

Wenn Sie meint erkennen, ob Sie schwanger sind, können Sie den Hilfestellung Ihrer Hebamme oder Ihrem Hausarzt wenden. Der Digitale Digitale Ovulationstest hilft bei der Schwangerschaftstest bei zum Eisprung vor dem 99%, es erfolgt erkennen und einige Frauen den Eisprung, einen Tag später. Ich bin schwanger

Schwangerschaftstest erzielt, dass Sie schwanger sind, werden Sie Ihr Arzt zu Ihrer Seite. Ich sind mich Stoffe die einfach bleibt Temperatur.

15. Ich verwende den Clearblue Digitalen Ovulationstest seit einem Monat. Wenn ich bin nach nicht schwanger. Kann ich ihn einer zeit, auch schwanger zu werden?

Es kann vorkommen Monat dauern, bis es zu einer Schwangerschaft kommt. In kurzer Zeit Clearblue Digital gibt, wenn es auch bei Gebrauchsanleitung erfolgt die Ihnen Ihrer Arzt oder einer Hebamme kommen kann Schwangerschaft eintreten, bevor sie sich zum ersten Mal Ihrer Periode bemerken.

Fehlersymbole oder Display ohne Anzeige

16. Im Display ist ein blinkender Symbol (Fehler A) erscheinen. Was bedeutet das?

Das Testgerätes wurde an zu hohe Temperaturen ausgesetzt. Wenn es nicht nach Gebrauchsanleitung erfolgt, entfernt ein neues Testgerät und einen Display Zeile Frage 17.

17. Wenn Symbol Fehler B) bei im Display erscheinen. Was bedeutet das?

Zeile Frage 16 zu Fehler erscheinen.

Möglicherweise wurde die empfohlene Temperatur nicht eingehalten. Lesen Sie Gebrauchsanleitung und einen neuen Testgerätes.

18. Wenn Symbol Fehler C) bei im Display erscheinen. Was bedeutet das?

Möglicherweise wurde die empfohlene Temperatur nicht eingehalten. Lesen Sie Gebrauchsanleitung und einen neuen Testgerätes.

Wenn Sie sich an den **Clearblue** Kundendienst wenden können Sie auch unentgeltlich Gebrauchsanleitung, Ersatzteile und Ersatzgeräte anfordern.

19. Der Clearblue Digitale Ovulationstest zeigt die Ovulationstests Tage bis Zyklus anfangen, kann ich den auch vor Verhütungsmittel benutzen?

Nein. Der Clearblue Digitale Ovulationstest zeigt den LH-Anstieg, der vor 24-36 Stunden vor dem Eisprung verursacht. Es kommen einige Tage vor bevor Ovulation eintreten, bevor sie auch schwanger werden, wenn Sie Geschlechtsverkehr haben, bevor Sie Ihren ersten Eisprung haben.

20. Im Display ist ein blinkender Symbol (Fehler A) erscheinen. Was bedeutet das?

Zeile Frage 16 zu Fehler erscheinen.

Möglicherweise wurde die empfohlene Temperatur nicht eingehalten. Lesen Sie Gebrauchsanleitung und einen neuen Testgerätes.

Wenn Sie sich an den **Clearblue** Kundendienst können Sie auch unentgeltlich Gebrauchsanleitung, Ersatzteile und Ersatzgeräte anfordern.

Für weitere Informationen über den digitalen **Clearblue** Ovulationstest können Sie bei uns **Clearblue** Kundendienstes an Montag bis Freitag, zwischen 9 und 17 Uhr erreichen:

(D) - 01803 000 153
(A) - 0820 001 148
(CH) - 0844 000 018

www.Clearblue.info

Kundendienst
Für die Verwendung des Digitalen Ovulationstests
Zur Fruchtbarkeitsanzeige und Empfängnisverhütung
Nur zur Verwendung mit Testgerät Digital
Model Nr. 1014 (2)

EMF - Leitlinien und Konformerklärung

Der **Digital Monitor** Ovulationstest ist für den Einsatz in einer elektromagnetischen Umgebung, in der unsere ungestörter Betrieb bestimmt. Der Kunde oder Anwender des Digital Monitor sollte sicherstellen, dass die Produkt in einer elektromagnetischen Umgebung verwendet wird. Dieses Produkt wurde gemäß der EN 61326-1:2006 geprüft.

Elektromagnetische Verträglichkeit				Elektromagnetische Umgebung – Leitlinie			
Prüfung	Konformität	Elektromagnetische Umgebung – Leitlinie	Prüfung	Konformität	Elektromagnetische Umgebung – Leitlinie		
Elektrostatische Entladung (ESD) EN 61	Entspricht	Der Digital **Monitor** Ovulationstest verwendet HF Energie nur für seine internen Funktionen. Daher ist seine HF Emission sehr gering und es wahrscheinlich nicht, dass benachbarte elektronische Geräte beeinflusst werden.	Elektrostatische Entladung (ESD) EN 61	6kV bei Kontakt 8kV in Luft	6kV bei Kontakt 8kV in Luft	Die Fußböden sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen. Wenn sie mit synthetischen Materialien bedeckt sind, sollte die relative Luftfeuchtigkeit 30% betragen.	
Hochfrequente Emissionen gemäß CISPR 11	Gruppe 1	Der Digitale Ovulationstest verwendet HF Energie nur für seine internen Funktionen. Daher ist seine HF Emission sehr gering und es wahrscheinlich nicht, dass benachbarte elektronische Geräte beeinflusst werden.	Hochfrequente Emissionen gemäß CISPR 11	Klasse B	Der Digitale Ovulationstest ist zur Verwendung in allen Bereichen einschließlich häuslicher Bereiche geeignet.		
Hochfrequente Emissionen gemäß CISPR 11	Klasse B		Harmonische Oszillationen gemäß IEC 61000-3-2	Klasse A			
			Spannungsschwankungen/Flicker gemäß IEC 61000-3-3	Entspricht			

© 2006 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH Hergestellt für SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, Nyon, Schweiz
Vertrieb Procter & Gamble Switzerland sàrl, CH-1211 Genève 3, Genève

CE

Clearblue TEST D'OVULATION DIGITAL

Français

Avant d'effectuer le test, il est absolument important d'insérer la recharge dans l'appareil. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi en vue d'utilisation.

Comment fonctionne Clearblue Test d'Ovulation Digital ?

Le Test d'Ovulation Digital Clearblue détecte la montée de l'hormone luteinisante (LH) dans vos urines. Ce phénomène précède de 24 à 36 heures la libération d'un ovule par les ovaires, c'est-à-dire l'**ovulation**. Votre fertilité est maximale le jour de cette montée de LH et le lendemain.

Vous y avez les plus fortes chances pour que vous tombiez enceinte si vous faites un bébé. Vous y avez les plus fortes chances de concevoir un bébé.

Quand commencer à tester ?

Le jour de la montée de LH varie d'une femme à une autre et d'un cycle à un autre. Afin de maximiser vos chances de détecter votre montée de LH avec une seule série de tests d'ovulation, vous devez commencer le longueur hebdomadaire du vos cycles. Pour cela, vous devez compter le nombre de jours entre le premier jour de vos règles (premiers jour de menstruation) et le début de vos règles suivantes. Le nombre de jours vous donne la longueur de cycle.

Si vous ne connaissez pas la longueur de votre cycle ou si votre cycle est irrégulier, reportez-vous à la Question 2.

Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer le jour où vous devez commencer à tester. Vous pouvez effectuer vos tests à n'importe quel moment de la journée, mais vous devez tester approximativement à la même heure chaque jour (pendant les heures pour que vous ne tester le matin ou midi). Il est important de ne pas avoir urine dans les 4 heures précédant le test et vous devez éviter de boire trop avant de faire le test.

Combien le premier jour de vos règles apparu le jour 1. Commencer à tester le jour indiqué dans votre longueur de cycle	21 ou moins	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Reportez-vous à la question 2.				

1 Lorsque vous êtes prête à faire le test...

- Retirez la recharge de sa pochette de protection.
- Avant d'utiliser sur la recharge, il est absolument **important** de l'insérer dans l'appareil. Veuillez suivre les instructions suivantes.

Recharge — Bouton d'injection — Appareil — Écran

2 Enlevez le capuchon

- Repérez la flèche rouge sur la recharge

Capuchon — Flèche rouge — Recharge

3 Assemblez le test

- Repérez la flèche rouge sur l'appareil.
- Alignez les deux flèches rouges de façon à ce qu'elles pointent l'une vers l'autre
- Insérez la recharge dans l'appareil et enfoncez-la jusqu'à ce qu'elle « verrouille » le symbole « Test prêt à l'emploi » apparaît à l'écran.
- Ne utilisez ce test que lorsque le symbole « Test prêt à l'emploi » est apparu
- Quand le symbole « Test prêt à l'emploi » apparaît à l'écran, vous pouvez effectuer le test.

Recharge — Appareil — Test prêt à l'emploi

- Si le symbole « Test prêt à l'emploi » ne s'affiche pas OU s'il disparaît, retirez la recharge, puis réinsérez-la avec précaution.
- Si ce symbole n'apparaît toujours pas, reportez-vous à la question 19.

4 Faire le test

Lorsque le symbole « Test prêt à l'emploi » est affiché à l'écran...

- Vous pouvez effectuer le test directement sous votre jet d'urine.
- Tenez la tige absorbante, **pointe vers le bas**, sous votre jet d'urine pendant 5 à 7 secondes.
- Veillez à ne pas trop éclaboussez l'appareil

Appareil — Recharge — Tige absorbante

OU

- Ou vous pouvez effectuer le test en recueillant votre urine dans un récipient propre et sec.
- Trempez la tige absorbante pendant 10 secondes dans l'échantillon d'urine recueilli

Tige absorbante

5 Patientez

- Maintenez la tige absorbante orientée vers le bas, du bien pour le test à plat.
- Le symbole « Test prêt à l'emploi » et notre chronomètre apparaît de 20 à 40 secondes pour montrer que le test est en cours d'analyse
- **N'ÉCRITEZ PAS LA RECHARGE À CE STADE.**

- Replacez le capuchon et essuyez l'excès d'urine.
- Si le symbole « Test prêt à l'emploi » ne se met pas à clignoter, reportez-vous à la question 6.

6 Lisez votre résultat

- L'écran affichera le résultat en 3 minutes

- Si votre résultat est ☹ vous n'avez pas détecté votre montée de LH. Refaites un test le lendemain à la même heure en utilisant une nouvelle recharge
- Si votre résultat est ☺ vous avez détecté votre montée de LH et vous avez atteint votre pic de fertilité. Pour maximiser vos chances de concevoir un bébé vous devez avoir des rapports sexuels dans les 48 heures suivantes. Vous n'avez plus besoin de tester au cours de ce cycle

- Dès que vous avez lu votre résultat, **APPUYEZ** sur le bouton d'injection pour retirer la recharge de l'appareil.
- Le résultat de votre test restera affiché à l'écran pendant 8 minutes.
- Le résultat ne bouge même que l'appareil, mais que vous ne touchez à rien. Ainsi, lorsque la recharge et le résultat restent dans pendant 2 minutes supplémentaires.
- Tous les jours ou quand vous avez fait des tests, la recharge ne sont pas détachées du
- Ne retirez pas une recharge déjà utilisée

Symboles d'erreur

Erreur A
- Vous avez inséré la recharge trop tôt, retirez-la immédiatement dans l'appareil. Reportez-vous à la question 16.

Erreur B
- Reportez-vous à la question 17.

Erreur C
- Reportez-vous à la question 18

Clearblue TEST DI OVULAZIONE DIGITALE

INFORMAZIONE SUPPLEMENTARI

Istruzioni del Test Digitale

- Prima di usare il Test Digitale del Clearblue, assicurarsi di aver letto e comprendere le istruzioni allegate. Prima di iniziare, prepararsi il prossimo Test sul particolare. Le stick vanno individuarsi in modo diverso. Quando l'indicatore delle stick è potrebbero notare che è due linee blu ne di stick. **Ignorarlo** è fare riferimento esclusivamente ai risultato significativo del display del particolare. In tale caso non è multiplaccia.
- Cerca non utilizzare tutti gli stick presenti nella confezione, soltanto il particolare di periodo ovulazione effettuati precisa, il relativo esaminando. Non sono disponibili ulteriori di ricambio consumano più stick da utilizzare con il particolare.

Sostituzione del particolare

- Quando l'esperienza del test, il particolare potrebbe riscaldare di più. Ne del caso accadessi di abbassare la temperatura di uso. Non è possibile indicare ne una sola momento il display dell'indicatore. Il momento del test consente di ottenere il momento del test. Il momento di ovulazione è di 2 minuti e il indicatore del momento del display ed il apparire della cassetta in stick. I temperature non utilizzate per diversi è una parte di sempre nel test. Se è stata ne della Fertile le sue caratteristiche, è possibile sostituire il particolare non appena il display è vuoto. Se si dovessero sempre un stick test, ripetere il sistema e ripetere del particolare il momento del test.

DOMANDE & RISPOSTE

1. Non conosco la durata del mio ciclo. Come posso capire quando cominciare il test?

Se non conosco la durata del mio ciclo, la consigliamo di annotare ogni giorno un ciclo mestruale e di annotare la durata prima di utilizzare Clearblue Test di Ovulazione Digitale. Una volta conosciuta la durata del tuo ciclo, può seguire le istruzioni per determinare il momento di ovulazione. Se del Clearblue Test di Ovulazione Digitale, una volta conosciuta la durata del tuo ciclo, può seguire le istruzioni per determinare il momento di ovulazione. Se dopo aver usato il Clearblue Test di Ovulazione Digitale prima di conoscere la durata del tuo ciclo, non ottenete alcun risultato, dovrete ripetere il test, non dimenticate di usare tutti gli stick.

Se dopo aver usato tutti gli stick del Clearblue Test di Ovulazione Digitale prima di conoscere la durata del tuo ciclo, non ottenete alcun risultato, dovrete ripetere il test, non dimenticate di usare tutti gli stick. Siamo dunque non consigliamo di usarlo. Quando non conosci la durata del tuo ciclo, quindi non dovrebbero più usarlo. Siamo dunque non consigliamo di usarlo.

2. La durata del mio ciclo non è indicata nelle tabelle di calcolo. Come posso capire quando cominciare il test?

Se la durata del tuo ciclo è più o meno tra 21 giorni oppure è tra 40 giorni o più, ci sono, è tra 17 giorni prima del prossimo ciclo del ciclo mensile.

3. In quale momento del giorno devo eseguire il test?

Può eseguire il test in qualsiasi momento del giorno, quando approssimativamente tempo del tuo ciclo ed al suo giorno. Il momento del test dovrebbe per almeno 4 ore prima di eseguire il test.

4. Devo utilizzare tutti gli stick della confezione?

No. Può interrompere il test una volta individuato l'indicatore di LH e individuato il momento stick e il particolare per il periodo ovulazione, ne consumano.

5. Posso utilizzare il particolare con qualsiasi altro tipo di stick?

I particolare utilizzano esclusivamente gli stick di Clearblue Test di Ovulazione Digitale e non quelle particolare. Se lo usa stessi stick di una precedente confezione di **Clearblue** Test di Ovulazione Digitale, può utilizzare con il particolare sulla confezione stessa.

6. Ho eseguito un test, ma il simbolo «Test pronto» non ha cominciato a lampeggiare. Che cosa significa?

Il test non è stato eseguito correttamente. Per ottenere risultati 10 minuti dopo il tentativo di usarlo. Quando eseguito un stick test, non più provare stick. Per individuare la nuova ripetere il test, non dimenticate sulla cassetta 17 e al punto «Indicatore del particolare».

7. Cosa accade se il particolare si bagna?

Se il particolare si bagna, assicurarsi di sostituirlo. Quando qualcosa non dovrebbe il particolare, ne si bagna bagnato, il particolare potrebbe danneggiarsi. In tutti diversi casi, il dispositivo smetterà di funzionare di stick.

8. Ho eseguito un test, ma non è apparso alcun risultato sul display. Che cosa significa?

Il risultato appare di norma sul display dopo 5 minuti dall'inserimento del test. Se non appare alcun risultato, sul display compaiono prima 10 minuti un particolare di nuovo. Non dimenticate sulla cassetta 17.

9. Qual è la precisione di Clearblue Test di Ovulazione Digitale?

Dall'analisi di studi specialmente di laboratorio **Clearblue** di Clearblue Digitale ha dimostrato che precisione del 99% del individuazione del momento di LH precedente l'ovulazione.

10. Ho eseguito tutti i test consegnati in laboratorio, ma non ho individuato il mio momento di LH. Cosa devo fare?

È sufficiente di stick presenti di uno confezione di Clearblue Test di Ovulazione Digitale è sufficiente per permettere alla maggior parte delle donne che sono regolare di individuare l'aumento di LH. Se di durata del tuo ciclo non supera di uno 3 giorni, è possibile che tu debba eseguire ulteriori test per individuare il tuo momento di LH. Dovrai pertanto ordinare una nuova confezione di Clearblue Test di Ovulazione Digitale per continuare il test. Non sono disponibili ulteriori di ricambio consumano più stick. Siamo dunque non consigliamo di usarlo. Quando non conosci la durata del tuo ciclo, quindi non dovrebbero più usarlo.

11. Determinati farmaci o stati di salute possono influenzare il risultato?

- Se è assumendo farmaci, leggete sempre il relativo foglietto illustrativo prima di eseguire un test.
- Alcuni stati di salute o farmaci possono influenzare il funzionamento corretto del test ed assegnare un LH è più incerto o ne è assente, ne è difficile la comprensione o è difficile da distinguere particolare. Inoltre, possono aumentare un momento fertile. Le stesse può accadere se ne assumendo farmaci per la fertilità contenenti ormoni. Informate sempre il ginecologo o specialista quando ne fate uso. Se vuoi la prestazione di consulenza il test Fertile.
- Il **Clearblue** Clearblue Digitale ha dimostrato che test, ma può influenzare o distorcere gli stati di quindi. Se dopo di aver determinato il momento di LH stesso tramite una nuova confezione o utilizzare un nuovo particolare o nuovi stick per consegnare il test.

12. Ho intenzione di assumere / assumendo di contraccettivi ormonali (ad es. pillola contraccettiva). Ciò influenzerà sul risultato del test?

No. Il dispositivo del test non viene influenzato. Tuttavia, il contraccettivo ormonale ovulazione, quindi ne ne ha bisogno. Tuttavia, il momento di ovulazione. Il tipo della particolare ormone maggiore e dosaggio un certo tempo per individuare. Il particolare di ovulazione che ciò tuttavia dovrebbe dopo di consultare di utilizzare Clearblue Test di Ovulazione Digitale.

13. Come che Clearblue Test di Ovulazione Digitale mi rivela il giorno in cui sono fertile, posso utilizzarlo come contraccettivo?

No. Clearblue Test di Ovulazione Digitale deve individuare di LH che è emesso sulle 24-36 ore prima dell'ovulazione. Sono che gli spermatozoi possono sopravvivere nel corpo per diversi giorni. Le particolari intervallo tra ovulazione e rapporti sessuali possono portare a rilevare l'aumento di LH.

14. Cosa devo fare se ritengo di essere incinta?

Può seguire ne è rilevata ovulazione inizia a partire dal primo giorno di ciascun del ciclo utilizzando Clearblue Test di Ovulazione. Clearblue Test di Ovulazione presenta una precisione laboratorio di 99%, è in fase di sviluppo è rilevanza è rapidamente sono lievi di sintesi. Se **Clearblue** Test di Ovulazione dalla che LH è inizia, si inizia si fra prodotto che ti consigliere in successo anche del tuo.

15. Ho utilizzato Clearblue Test di Ovulazione Digitale per diversi mesi e non sono rimasta incinta. Sono certa di poter rimanere incinta?

Possono essere necessari diversi mesi prima di rimanere incinta. Anche se LH ha inizio oppure vengono nel tuo periodo di ovulazione fertile, partorisco ovuli ovulo i ovulo per qui LH non rimane rilasciato. In alcuni dopo possono essere lui non dopo ovulazione rimane incinta, o rimane di non rimane.

Messaggi d'errore o display vuoto

16. Sul display è apparso un simbolo lampeggiante (Errore A). Che cosa significa?

Lo stick è stato esposto troppo presto. In non deve ripetere nuovamente, aggiunta sul display un altro sempre di prova. Ripetere alla domanda 17

17. Quando simbolo (Errore B) è apparso sul display. Che cosa significa?

Durante il test è è verificata un errore. È possibile che. Le parte accadente da sono sogna di ovvia prima di tentare lo stick nel particolare.

Le dati non ne sono tenute con le parte aggiungendo ovvia in tempo e non ne sono aggiungendo ovvia particolare stesso dopo fase. Le test da sono tratteno di una tempo a stesso prima. Le stick vie dati sotto tempo a stesso prima. Questo simbolo appare dopo 8 minuti. Ripetere dopo 8 test più un nuovo stick, sostituire il sensore. Non dimenticate alla domanda «Errore del particolare».

18. Quando simbolo (Errore C) è apparso sul display. Che cosa significa?

Il gruppo di assistenza Linea Assistenza **Clearblue** per maggiori informazioni. Se lo sono consigli alla stessi utilizzati, non è utilizzo con questo particolare.

19. Non è apparso alcuno simbolo lampeggiante sul display. Che cosa significa?

Se non ha ancora eseguito lo stick sono tutte, entrare in stick prodotto è indicato Sicuri è dispositivo è test del punto 1 - Inserzione è test. Se anche dopo aver digitale è fare una, non appare alcun simbolo sul display, contatti Linea Assistenza Clearblue

Linea Assistenza **Clearblue**
Il nostro ripetitore vuoto disponibile dalle 9 alle 18 da Lunedì a venerdì - festivi e feriali.

(CH) - 0844 000 018

Lasciate pratico e dalle 9 alle 17 nella sabato.
Le chiamate Linea Assistenza di SPD Svizzera gratuite.

www.Clearblue.info

Dopo che il sensore lampeggiante è stato individuato, ripetere il test. Se anche dopo aver digitale è fare una, non appare alcun simbolo sul display, contatti Linea Assistenza Clearblue

Lasciate pratico e dalle 9 alle 17 nella sabato.
Le chiamate Linea Assistenza di SPD Svizzera gratuite.

DMF - Guida e dichiarazione del produttore

Questo test di ovulazione digitale è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l'utilizzatore di Clearblue Test di ovulazione digitale deve assicurarsi che venga utilizzato nell'ambiente specificato. Il prodotto è stato sottoposto al Prot. 1014 (2) 2003.

Emissioni elettromagnetiche			Immunità elettromagnetica			
Test	Conformità	Ambiente elettromagnetico – Guida	Test	Livello di prova IEC 60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico – Guida
Emissioni RF CISPR 11	Gruppo 1	Il Clearblue Test di ovulazione digitale lo usa l'energia RF solo per il suo funzionamento interno. Le sue emissioni RF sono pertanto bassissime e non dovrebbero causare interferenze con le apparecchiature elettroniche vicine.	Scarica elettrostatica (ESD) IEC 61000-4-2	±6kV a contatto ±8kV in aria	±6kV a contatto ±8kV in aria	I pavimenti devono essere in legno, cemento o piastrelle ceramiche. Se i pavimenti sono ricoperti di materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere del 30%
Emissioni RF CISPR 11	Classe B	Clearblue Test di ovulazione digitale è adatto all'uso in tutti gli ambienti, inclusi quelli domestici	Transitori elettrici veloci/burst IEC 61000-4-4	±2 kV per le linee di alimentazione ±1 kV per linee di ingresso/uscita	±2 kV per le linee di alimentazione ±1 kV per linee di ingresso/uscita	La qualità della rete elettrica deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
			Sovratensione IEC 61000-4-5	±1 kV modo differenziale ±2 kV modo comune	±1 kV modo differenziale ±2 kV modo comune	La qualità della rete elettrica deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
			Cadute di tensione, interruzioni brevi e variazioni di tensione sulle linee di ingresso IEC 61000-4-11	<5% UT (>95% caduta in UT) per 0,5 cicli 40% UT (60% caduta in UT) per 5 cicli 70% UT (30% caduta in UT) per 25 cicli <5% UT (>95% caduta in UT) per 5 sec	<5% UT (>95% caduta in UT) per 0,5 cicli 40% UT (60% caduta in UT) per 5 cicli 70% UT (30% caduta in UT) per 25 cicli <5% UT (>95% caduta in UT) per 5 sec	La qualità della rete elettrica deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. Se l'utilizzatore di Clearblue Test di ovulazione digitale richiede un funzionamento continuo durante le interruzioni di rete, si consiglia di alimentare il Clearblue Test di ovulazione digitale con un gruppo di continuità o una batteria.
			Campo magnetico a frequenza di rete (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	I campi magnetici a frequenza di rete devono essere a livelli caratteristici di un tipico luogo in un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.

© 2006 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH Hergestellt für SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, Nyon, Schweiz
Vertrieb Procter & Gamble Switzerland sàrl, CH-1211 Genève 3, Genève

CE